

精度管理一覧

2025年10月 作成

機器等の名称	メーカー/型式	管理方法	点検/校正 記録	設置場所	備考
身長計付体重計	ツツミ/ WSH-20	身長計：定期点検 体重計：1回/2年 (計量法による定期検査)	点検 (身長計) 校正 (体重計)	外来	手動身長計 体重計： 合格シール
全自動身長体重計	エー・アンド・デイ AD-6225A	身長計：必要時、使用前点検 体重計：1回/2年 (計量法による定期検査)	点検 (身長計) 校正 (体重計)	外来	体重計： 合格シール
身長計付体重計	seca 799	身長計：定期点検 体重計：1回/2年 (計量法による定期検査)	点検 (身長計) 校正 (体重計)	外来	手動身長計 体重計： 合格シール
全自動身長体重計		身長計：必要時、使用前点検 体重計：1回/2年 (計量法による定期検査)	点検 (身長計) 校正 (体重計)	病棟	体重計： 合格シール
血圧計①	オムロン HBP-9030	必要時、使用前点検	点検	外来	
血圧計②	エー・アンド・デイ TM-2656	必要時、使用前点検	点検	外来	
血圧計③	エー・アンド・デイ TM-2656	必要時、使用前点検	点検	外来	
血圧計④	エー・アンド・デイ TM-2655P	必要時、使用前点検	点検	外来	
血圧計⑤		必要時、使用前点検	点検	外来 病棟	
血圧計⑥	オムロン HEM-7080IC	必要時、使用前点検	点検	治験管理室	
体温計		必要時、使用前点検		外来 病棟	
遠心分離機	コクサン H-60R	外部点検 1回/年	点検	臨床検査科	
遠心分離機	KUBOTA 2800	外部点検 1回/年	点検	臨床検査科	
心電計	フクダ電子 FCP-9900	外部点検 1回/年	点検	生理機能検査	
心電計	フクダ電子 FCP-9900	外部点検 1回/年	点検	生理機能検査	
検体保管庫用 デジタル温度計 (冷蔵庫)	安藤計器製工所 ACT-140DⅢ	1回/年 交換	点検 (出荷検査) 温度記録有	臨床検査科	
検体保管庫用 デジタル温度計 (-30℃)	安藤計器製工所 ACT-140DⅢ	1回/年 交換	点検 (出荷検査) 温度記録有	臨床検査科	
検体保管庫用 デジタル温度計 (-80℃)		必要時 設置		臨床検査科	
心エコー	フィリップス EPIQ 7G	日常点検	点検	生理機能検査	
心エコー	フィリップス Affiniti-01	日常点検	点検	生理機能検査	
頸部エコー	Canon Aplioi 700	日常点検	点検	生理機能検査	
CT	Canon TSX-306A/1W	日常点検 外部点検	点検	CT室	
CT	Canon TSX-101A/HA	日常点検 外部点検	点検	CT室	
MRI	PHILIPS Ingenia 1.5T 781341	日常点検 外部点検	点検	MRI室	
MRI	GEヘルスケア Discovery MR750w 3.0T	日常点検 外部点検	点検	MRI室	
X線	HITACHI Radnext80	日常点検	点検	放射線科	
治験薬保管庫用 サーモレコーダー (冷所)	エスベック ミック RTW-31S/RTH-	1回/年 校正	校正 温度記録有	薬剤部	
治験薬保管庫用 サーモレコーダー (室温)	エスベック ミック RTW-31S/RTH- 3010	1回/年 校正	校正 温度記録有	薬剤部	